

# HICO ULTRASONAT 810 ULTRASONİK NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CİHAZ, KIRILMAYA DAYANIKLI, ŞEFFAF NEBULİZASYON HAZNESİNE SAHİP OLACAKTIR. HAZNE YERLEŞTİRME SİSTEMİ, BASİT, TEK ELLE KAYDIRMALI, KİLİTLEME ŞEKLİNDE KULLANICI İÇİN KOLAY OLACAKTIR.
2. NEBULİZASYON HAZNESİ EN AZ 500 ML NET HACİMLİ OLACAKTIR.
3. PİEZO SERAMİK KRİSTAL NEBULİZASYON HAZNESİNE TAKILMIŞ OLMALI VE KOLAYCA DEĞİŞTİRİLEBİLMELİDİR.
4. CİHAZ 0.8-6 MİKRON ARASINDA PARTİKÜLASYON YAPABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR.
5. CİHAZIN HASTA İLE TEMAS EDEN TÜM KISIMLARI 134C'YE KADAR OTOKLAVLANABİLMELİ, 134C'YE KADAR OTOKLAVLANABİLECEĞİ APARATLAR ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.
6. CİHAZIN MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR AKSAKLIĞI HABER VERECEK SESLİ VE IŞIKLI ALARM SİSTEMİ OLACAKTIR.
7. CİHAZ BİR LİTRE KAPASİTELİ VİDA KAPAKLI ÖZEL CAM İNFÜZYON ŞİŞESİ İLE BİRLİKTE 2'Sİ KİLİTLENEBİLEN 5 TEKERLEKLİ, HAREKETLİ BİR STAND ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ VE AEROSOL HORTUMU HER YÖNE ÇEVİRİLEBİLEN, SABİTLENEBİLEN FLEXİBLE BİR DESTEK ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.
8. CİHAZ HEM HAVA HEM DE BAKTERİYOLOJİK FİLTREYE SAHİP OLACAKTIR.
9. CİHAZ 220V/50HZ (+/-%10 TOLERANSLI) ŞEHİR CEREYANI İLE ÇALIŞACAKTIR.
10. NEBULİZER, 1.7 MHz VİBRASYON FREKANSINA SAHİP OLMALIDIR.
11. CİHAZ 24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞABİLMELİ VE SIVI NEMLENDİRME KAPASİTESİ 0-5CCM/DAKİKA ARALIĞINDA AYARLANABİLMELİDİR.
12. CİHAZDA EXHALASYON VALFİ, İNHALASYON VALFİ, İLAÇ KABI, İLAÇ KAPAĞI BULUNMALIDIR.
13. CİHAZ YABANCI MENŞEİLİ VE ALMAN TÜV RHEINLAND A.V. COLOGNE TESTING STATION FOR MEDICAL ENGINEERING TARAFINDAN TEST EDİLMİŞ, G.S. DERECESİ ALMIŞ OLMALIDIR.
14. CİHAZ EN ISO 9001/7.94-EN 46001/08.96 STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ OLMALIDIR.
15. CİHAZ 120 DAKİKALIK ZAMAN AYARI (TIMER) BULUNMALIDIR. AYRICA TUŞ KİLİDİ OLMALIDIR.
16. CİHAZ İMALAT HATALARINA KARŞI (ÜÇ) YIL VE YEDEK PARÇA TEMİN GARANTİSİ ÜCRETİ MUKABİLİNDE 10 (ON) YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.