

HIKONEB 906 HOMECARE ULTRASONİK NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz kırılmaya dayanıklı nebulizasyon haznesine sahip olacaktır.
2. Nebulizasyon haznesi en fazla 4,5 lt net hacimli olacaktır.
3. Cihaz 0.5-6 micron arasında partükülizasyon yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
4. 230Volt/45W'de çalışma voltajına sahip olmalıdır.
5. Cihaz portatif, elle rahat bir şekilde kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Kristal çalışma frekansı 1.7 Mhz olmalıdır.
7. Cihaz (normal kullanımda) her türlü arızaya karşı ücretsiz 2 (iki) yıl garantili olacak ve ücreti karşılığında 10 (on) yıl süreyle yedek parça temini ve servis garantisine sahip olmalıdır.
8. Hastaya soğuk buhar ile birlikte (rahat, kolay ve pratik) ilaç verme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Cihazda dijital 90 dk.zaman ayarlayıcı (timer) bulunmalıdır. İstenildiğinde sürekli çalışma (continious) pozisyonunda 24 saat kesintisiz çalışabilmelidir.
10. Su bitiminde otomatik olarak durdurma özelliği bulunmalıdır. Işıklı alarm sistemi bulunmalıdır.
11. Cihazla birlikte standart aksesuarlar olarak birer adet maske, hortum, ağızlık ve 5 adet ilaç kabı verilmelidir.
- 12.Cihazın ağırlığı en fazla 4 kg olmalıdır.
- 13.Cihazın nebulizasyon kapasitesi 0-7 ml/dk aralığında olmalıdır.
- 14.Cihaz CE belgeli olmalıdır.