

# HIKONEB 906 S/LCD NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz LCD ekran ve mikroişlemci kontrollü olmalıdır.
- Cihaz ısıtıcı sistemi elektronik ayarlanabilir, otomatik kontrollü olmalıdır.
- Cihazda buhar ayarı 10 kademedede, hava ayarı 10 kademedede, sıcaklık ayarı 10 kademedede dijital olmalı ve 120 dakikalık timer olmalıdır.
- Cihazda kullanılan su haznesi, şeffaf polikarbonat mamül olup, 650ml olmalıdır.
- Hazne kapağı üzerinde kanül sistemi içermeli, hem normal uygulamalarda hem de ilaç uygulamalarında aynı kapak kullanılmalıdır.
- Haznede su azaldığında veya tam takılmadığında ışıklı, görüntülü ve sesli ikaz bulunmalıdır.
- Cihazdaki su haznesi tek elle sökülüp takılabilmeli, kristali kullanıcı tarafından da teknik servis gerek olmadan değişebilmelidir.
- Cihazda hasta solunumuna maruz kalan parçalar otoklavlanabilmelidir
- Cihazda bir litre kapasiteli vida kapaklı şişe, özel cam infüzyon şişesi ile birlikte 2'si kilitlenebilen 5 tekerlekli, hareketli bir stand üzerine monte edilmiş ve aerosol hortumu her yöne çevrilebilen, sabitlenebilen flexible bir destek üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
- Cihazda hem bakteri hem de hava filtresi olmalıdır.
- Cihaz 230Volt/50Hz (+/-10 toleranslı) şehir ceryanı ile çalışmalıdır.
- Cihaz 1.7 MHz vibrasyon frekansına sahip olmalıdır.
- Cihaz 24 saat kesintisiz çalışabilmeli ve sıvı nemlendirme kapasitesi 0-5 ccm/dakika aralığında ayarlanabilmelidir.
- Cihaz 0.8-6 mikron arasında partikülüzasyon yapabilme özelliği olmalıdır. Gücü 70 wattan fazla olmamalıdır.
- Cihazda ilaç uygulamaları için ilaç kabı ve oksijen adaptörü de bulunmalıdır.
- Cihaz plastik ABS kasa gövdesine sahip olmalıdır
- 16. Cihaz TSEK –CE kalite belgesine sahip olmalıdır.
- 17. Cihaz imalat hatalarına karşı 3 (ÜÇ) yıl ve yedek parça temin garantisi ücreti mukabilinde 10 (ON) yıl üre ile garantili olmalıdır.