

HIKONEB AEROCARE KOMPRESÖRLÜ NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz yerli malı olmalıdır.
2. Cihaz elle taşınabilir olmalıdır. Ayrıca kullanılan sarf malzemeleri için saklama haznesi bulunmalıdır.
3. Cihaz ağırlığı 3 kg'den fazla olmamalıdır.
4. Cihaz elektriksel özellikleri: 220V/50Hz - 0.4 Amp/70Watt'dan fazla olmamalıdır.
5. Cihazın dakikadaki kompresör hava akımı **10** litre olmalı, ayrıca çıkış basıncı **3.25** bar, nebulizer çıkışı 5.5 olmalıdır.
6. Cihazda hava filtresi bulunmalıdır.
7. Cihazla birlikte standard aşağıdaki malzemeler verilmelidir:
 - Atomizer hazne
 - Yetişkin aerosol maskesi
 - Pediatrik maske
 - Ağızlık
 - 1 metre uzunluğunda hava bağlantı hortumu
8. Cihazın gürültü seviyesi 56 desibelden fazla olmamalıdır.
9. Cihazın oluşturduğu aerosol partiküllerin çapı (MMAD) 0.30 micron olmalıdır.
Atomizer kapasitepi 6ml olmalıdır.
10. Cihazda bulunan kompresör yağlama gerektirmeyen cinsden ve tek pisyonlu türden olmalıdır.
11. Firmalar teknik şartnamenin tüm maddelerine uymalı ve teknik şartnameye uygunluk belgesi vermelidir.
12. Cihaz en az 2 (İKİ) yıl garantili olmalıdır.
13. Firmalar en az 2 (İKİ) yıl ücretsiz servis ve 10 yıl ücreti mukabilinde bakım - onarım ve teknik servis hizmeti vermelidir.
14. Teklif edilen cihazın CE Belgesi bulunmalıdır.