

HIKONEB HOME-TYPE ULTRASONİK NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz kırılmaya dayanıklı nebulizasyon haznesine sahip olacaktır ve gövde içinde sabit, tek elle açıp kapatabilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Nebulizasyon haznesi en fazla 400ml net hacimli olacaktır.
3. Piezo seramik kristal nebulizasyon haznesine takılmış olmalı ve kolaylıkla değiştirilmemelidir. Yetkili firma tarafından değiştirilmelidir.
4. Cihaz 0.5-5 micron arasında partükülizasyon yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
5. Adaptörle 220Volt/24V'de çalışma voltajına sahip olmalıdır.
6. Cihaz portatif, elle rahat bir şekilde kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Kristal çalışma frekansı 1.7 Mhz olmalıdır.
8. Cihaz (normal kullanımda) her türlü arızaya karşı ücretsiz 1 (bir) yıl garantili olacak ve ücreti karşılığında 10 (on) yıl süreyle yedek parça temini ve servis garantisine sahip olmalıdır.
9. Hastaya soğuk buhar ile birlikte (rahat, kolay ve pratik) ilaç verme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Cihaz tek ayar düğmesi ile 3 ayrı özelliğe sahip olmalıdır.
11. Cihaz CE belgeli olmalıdır.